

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中原工学院
拟采购产品名称	精密滤料测试仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他.	
原因阐述:根据新材料研发的测试精度要求，结合市场调研的结果，申请采购进口的自动滤料测试仪，原因如下： 1、作为防护新材料的研发实验室，对于过滤性能的测试要求可以达到 99.9999%以上，国内生产的滤料测试仪大多采用光学粒子计数器作为检测器，过滤效率测试达不到 99.9999%的要求，进口的自动滤料测试仪使用双固态光度计作为检测器，检测精度高、稳定性好，检测一个样品仅需 15 秒，可以大大提高新材料测试的效率。 2、根据市场调研的结果可知，目前国内防护用品国家或团体标准的起草单位及权威的检测机构，使用的滤料测试仪均为进口产品，并且由第三方每年进行盲样比对，以保证仪器测试结果的准确性和可比性。对于测试结果的一致性有很大保障。 基于以上原因，我们申请采购进口的精密滤料测试仪。	
三、专家论证意见	
精密滤料测试仪，与国内大部分进口设备使用基本一致，对测试结果有保障性，该仪器过滤性能达到 99.9999%，国内目前没有同类产品，建议采购该进口产品。 技术专家签名：胡俊华 职称：教授 2022 年 5 月 4 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中原工学院
拟采购产品名称	精密滤料测试仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：根据新材料研发的测试精度要求，结合市场调研的结果，申请采购进口的自动滤料测试仪，原因如下： 1、作为防护新材料的研发实验室，对于过滤性能的测试要求可以达到 99.9999%以上，国内生产的滤料测试仪大多采用光学粒子计数器作为检测器，过滤效率测试达不到 99.9999%的要求，进口的自动滤料测试仪使用双固态光度计作为检测器，检测精度高、稳定性好，检测一个样品仅需 15 秒，可以大大提高新材料测试的效率。 2、根据市场调研的结果可知，目前国内防护用品国家或团体标准的起草单位及权威的检测机构，使用的滤料测试仪均为进口产品，并且由第三方每年进行盲样比对，以保证仪器测试结果的准确性和可比性。对于测试结果的一致性有很大保障。 基于以上原因，我们申请采购进口的精密滤料测试仪。	
三、专家论证意见	
精密滤料测试仪高效率测量滤料及口罩的气流阻率和过滤效率，该产品稳定性高，国内同类产品尚不具备，建议购买该进口产品。 技术专家签名： 勾密峰 职称： 副教授 2022 年 5 月 4 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中原工学院
拟采购产品名称	精密滤料测试仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：根据新材料研发的测试精度要求，结合市场调研的结果，申请采购进口的自动滤料测试仪，原因如下： 1、作为防护新材料的研发实验室，对于过滤性能的测试要求可以达到 99.9999%以上，国内生产的滤料测试仪大多采用光学粒子计数器作为检测器，过滤效率测试达不到 99.9999%的要求，进口的自动滤料测试仪使用双固态光度计作为检测器，检测精度高、稳定性好，检测一个样品仅需 15 秒，可以大大提高新材料测试的效率。 2、根据市场调研的结果可知，目前国内防护用品国家或团体标准的起草单位及权威的检测机构，使用的滤料测试仪均为进口产品，并且由第三方每年进行盲样比对，以保证仪器测试结果的准确性和可比性。对于测试结果的一致性有很大保障。 基于以上原因，我们申请采购进口的精密滤料测试仪。	
三、专家论证意见	
精密滤料测试仪过滤性能高，国内目前没有同等产品，而且检测精度高，稳定性好，检测时间快，建议采购进口产品。 技术专家签名：杨信峰 职称：高工 2022年5月4日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中原工学院
拟采购产品名称	精密滤料测试仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他：	
原因阐述：根据新材料研发的测试精度要求，结合市场调研的结果，申请采购进口的自动滤料测试仪，原因如下： 1、作为防护新材料的研发实验室，对于过滤性能的测试要求可以达到 99.9999%以上，国内生产的滤料测试仪大多采用光学粒子计数器作为检测器，过滤效率测试达不到 99.9999%的要求，进口的自动滤料测试仪使用双固态光度计作为检测器，检测精度高、稳定性好，检测一个样品仅需 15 秒，可以大大提高新材料测试的效率。 2、根据市场调研的结果可知，目前国内防护用品国家或团体标准的起草单位及权威的检测机构，使用的滤料测试仪均为进口产品，并且由第三方每年进行盲样比对，以保证仪器测试结果的准确性和可比性。对于测试结果的一致性有很大保障。 基于以上原因，我们申请采购进口的精密滤料测试仪。	
三、专家论证意见	
精密滤料测试仪检测精度高，稳定性高，能极大提高检测速率，该仪器测试结果稳定性高，同意购买该进口产品 技术专家签名：白广思 职称：高工 2022年5月4日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	中原工学院
拟采购产品名称	精密滤料测试仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：根据新材料研发的测试精度要求，结合市场调研的结果，申请采购进口的自动滤料测试仪，原因如下： 1、作为防护新材料的研发实验室，对于过滤性能的测试要求可以达到 99.9999%以上，国内生产的滤料测试仪大多采用光学粒子计数器作为检测器，过滤效率测试达不到 99.9999%的要求，进口的自动滤料测试仪使用双固态光度计作为检测器，检测精度高、稳定性好，检测一个样品仅需 15 秒，可以大大提高新材料测试的效率。 2、根据市场调研的结果可知，目前国内防护用品国家或团体标准的起草单位及权威的检测机构，使用的滤料测试仪均为进口产品，并且由第三方每年进行盲样比对，以保证仪器测试结果的准确性和可比性。对于测试结果的一致性有很大保障。 基于以上原因，我们申请采购进口的精密滤料测试仪。	
三、专家论证意见	
本次申请购买设备符合我国相关政策规定，且精密滤料仪不属于限制进口产品，不违背国家相关政策，可以采购此类进口设备。 技术专家签名：乔瑞莲 职称：律师 2022年5月4日	